



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ททหาร (สนพ.๗ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ททหาร ๕๔๕๑๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๔/๙๒

วันที่ ๙

ก.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๔๒/๔๖ ลง ๗ ส.ค.๔๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ยบ.ททหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ททหาร (โดย สนพ.ยบ.ททหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๙.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขอุปกรณ์ฯ แล้ว จำนวน ๑๐ รายการ

๒.๒.๑ ลำดับ ๔/๖๔ เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้าและขากรรไกร ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์

๒.๒.๒ ลำดับ ๕/๖๔ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด (สแกนหน้าผาก พร้อมชาตี้)

๒.๒.๓ ลำดับ ๑๓/๖๔ ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลและเครือข่าย

๒.๒.๔ ลำดับ ๑๔/๖๔ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง

๒.๒.๕ ลำดับ ๑๕/๖๔ รถเข็นชนิดนอน

๒.๒.๖ ลำดับ ๑๖/๖๔ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสโลหิต ทางผิวหนัง (Pulse Oxymetry) แบบพกพา

๒.๒.๗ ลำดับ ๒๐/๖๔ เครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย (Body Composition Analyzer)

๒.๒.๘ ลำดับ ๒๑/๖๔ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

๒.๒.๙ ลำดับ ๒๒/๖๔ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร

๒.๒.๑๐ ลำดับ ๒๓/๖๔ กระเพาพยาบาลรวม

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ททหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑๐ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้น่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อภารณพัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผอ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

ก.ค.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ลำดับ ๒๗/๖๔
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร
หน่วยนับ เครื่อง

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ อัตราการไหลออกซิเจนอยู่ในช่วง ๑ ถึง ๑๐ ลิตร ต่อนาที

๑.๒.๒ ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่น้อยกว่า ๘๗ เปอร์เซ็นต์

๑.๒.๓ ความดันออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๖๒ กิโลปاسกัล (kPa)

๑.๒.๔ ระดับเสียงไม่เกิน ๖๐ เดซิเบล

๑.๒.๕ ใช้ไฟกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ หรือ ๒๓๐ โวลท์, ๕๐ เฮิรตซ์

๑.๒.๖ มีระบบเตือนหรือมีวาร์วนิรภัยช่วยให้ปลอดภัย กรณีที่ปริมาณการไหลของออกซิเจนผิดปกติ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๗ มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง และความดันผิดปกติ

๑.๒.๘ ตัวเครื่องมีระบบลดความร้อน หรือคอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน หรือตามมาตรฐาน ของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ขนาดไม่มากกว่า ๔๗ x ๓๘ x ๖๘ เซนติเมตร และน้ำหนักไม่มากกว่า ๓๓ กิโลกรัม

๑.๓.๒ หน้าจอแสดงผล ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีดังนี้

๑.๓.๓.๑ ระบบอกรักษาให้ความชื้น (Humidifier bottle) (รวมสาย) ๑ ชุด

๑.๓.๓.๒ คู่มือการใช้งาน ๑ ชุด

๑.๓.๓.๓ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

๒. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาอิทมาก่อน และต้องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ

๓.๓ มีเอกสารคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๓.๔ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

๔. วิธีการตรวจสอบ

- ๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ
- ๔.๒ ตามแก้ตัวลักษณะ
- ๔.๓ ทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ กพท.รร.ดท.สปท.

๑. พ.อ. หญิง  ประธานกรรมการ
(ยุพร ทองจันทร์)

๒. น.อ. หญิง  กรรมการ
(แพรรัตน์ หลาทอง)

๓. น.ท. หญิง  ร.น. กรรมการ/เลขานุการ
(อภิญช์พร อภิพิชัยพงศ์)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ.  ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)

๒. พ.อ.  กรรมการ
(ตันตินัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ. หญิง  กรรมการ
(วราภรณ์ สมศรี)

๔. พ.อ. หญิง  กรรมการ
(ยุพร ทองจันทร์)

๕. น.อ. หญิง  กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท. หญิง  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)
