



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๔๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/๙๗๘ วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๖๘๔/๕๖ ลง ๑๖ ต.ค.๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามคำสั่งฯ ที่ อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขอุปกรณ์ฯ แล้ว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ลำดับ ๒๔/๖๔ ชุดตรวจหู คอ จมูก ชนิดพกพา พร้อมกล้องส่องโพรงจมูก

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่ อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เทืนความดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อภรณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

ก.ค.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ช้าคร่าว สายแพทย์ ลำดับ ๒๔/๖๔
 หมายเลขอุปกรณ์ -
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจหู คอ จมูก ชนิดพกพา พร้อมกล้องส่องโพรงจมูก
 หน่วยนับ ชุด

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับส่องตรวจวินิจฉัยโรคทาง หู คอจมูก และกล่องเสียง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ กล้องส่องตรวจเป็นแบบไฟเบอร์ออฟติก

๑.๒.๒ สามารถต่อ กับกล้องวีดีทัศน์แบบพกพาได้

๑.๒.๓ ส่วนปลายปรับองศาได้ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา

๑.๒.๔ ส่วนปลายปรับองศาได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา

๑.๒.๕ ความลึกของไฟกัส ได้ตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตร ถึง ๕๐ มิลลิเมตร หรือ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๖ การมองภาพตรง (มองตรง) Field of View ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๑.๒.๗ ระบบส่องสว่างสามารถใช้ได้กับเครื่องกำเนิดแสง หรือ สายนำแสง และแบตเตอรี่ หรือ
ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ชุดตรวจมี ขนาด และน้ำหนักตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๒ ความยาวส่วนที่ใช้งานมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร

๑.๓.๓ กล้องบันทึกภาพมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒ รับประทานคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี

๓.๓ ระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ นทพ

๑. พ.อ. ประธานกรรมการ

(ยรรยงค์ อิมสุวรรณ)

๒. พ.อ. กรรมการ

(นัฐพล วิเชียรวรรณ)

๓. น.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

(ภาคพุทธ รักษาแพทย์)

๙๗ / ก.๗ / ๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. ประธานกรรมการ

(ศุภาริตติ ขัมพานนท์)

๒. พ.อ. กรรมการ

(ตันตนัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง กรรมการ

(วรารณ์ สมศิริ)

๔. พ.อ. กรรมการ

(ยรรยงค์ อิมสุวรรณ)

๕. น.อ.หญิง กรรมการ/เลขานุการ

(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง กรรมการ/ผช.เลขานุการ

(นพวรรณ ใจสะอาด)

๙๗ / ก.๗ / ๖๔