



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๗ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๗/๕๑

วันที่ ๗๑

พ.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง
๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
 ๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
 ๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ทบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๔ รายการ

๒.๒.๑ ลำดับ ๕/๖๔ เครื่องชุดหินน้ำลายด้วยไฟฟ้า

๒.๒.๒ ลำดับ ๖/๖๔ เครื่องปิดผนึกของใส่เครื่องมือด้วยความร้อน (Sealer)

๒.๒.๓ ลำดับ ๗/๖๔ หัวกรอความเร็วต่ำสำหรับขีด

๒.๒.๔ ลำดับ ๑๐/๖๔ เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงสำหรับใช้ภายนอกช่องปาก

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ทบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๗) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเศษ) อารณพัฒน์พงศ์

ผอ.สนพ.ทบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ทบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ทบ.ทหาร

มี.ย.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว.....สายแพทย์.....ลำดับ.....๗/๖๔

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....-

ชื่อสิ่งอุปกรณ์.....หัวกรอความเร็วต่ำสำหรับขีด.....

หน่วยนับ.....อัน.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นด้ามกรอใช้ในช่องปาก ต่อเข้ากับ Micromotor

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบ/นาที

๑.๒.๒ อัตราทดรอบ ๔:๑

๑.๒.๓ ระบบสำหรับเปลี่ยนหัวกรอเป็นแบบ screw in

๑.๒.๔ สามารถเข้า Autoclave ได้ในอุณหภูมิสูงสุดไม่มากกว่า ๑๓๕ องศาเซลเซียส

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- ขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๓ ระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

๔. วิธีการตรวจสอบ




๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก







๔.๓ ทดลองการใช้งาน

.....

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ นทพ

๑. พ.อ..... .....ประธานกรรมการ
(ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ)
๒. พ.อ..... .....กรรมการ
(นัฐพล วิเชียรวรรณ)
๓. น.ท.หญิง..... .....กรรมการและเลขานุการ
(ภาคพฤษ รักษ์แพทย์)
- ๑๗ / ย.ค. / ๕๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ..... .....ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)
๒. พ.อ..... .....กรรมการ
(ตันตัญญ นำเบญจพล)
๓. พ.อ.หญิง..... .....กรรมการ
(วราภรณ์ สมศิริ)
๔. พ.อ..... .....กรรมการ
(ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ)
๕. น.อ.หญิง..... .....กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)
๖. น.ท.หญิง..... .....กรรมการ/ผช.เลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)
- ๒๗ / พ.ค. / ๖๕