



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๘๖ ๗๓๖๐, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๕๙๕ วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนด และใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนด และใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับที่ ๑/๖๓ เครื่องอบผ้าสำหรับคนใช้

๒.๒.๒ ลำดับที่ ๒/๖๓ เครื่องซักผ้าสำหรับคนใช้

๒.๒.๓ ลำดับที่ ๓/๖๓ โคมส่องตรวจโสต คอ นาสิก (Headlamp)

๒.๓ การลงนามตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทสส. ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง อนุมัติในนามของ ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓ ข้อ ๘.๒.๒

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนด และใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ยบ.ทหาร) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารณพัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ลำดับ ๑/๖๓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องอบผ้าสำหรับคนไข้
หน่วยนับ “เครื่อง”

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นเครื่องอบผ้าสำหรับคนไข้ ให้แห้ง สะอาด

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ เป็นเครื่องอบผ้าระบบอัตโนมัติ

๑.๒.๒ มีระบบการอบผ้าด้วยเทคโนโลยีที่สามารถกำหนดรูปแบบในการอบผ้า ไม่น้อยกว่า ๑๓ โปรแกรม

๑.๒.๓ มีเทคโนโลยีตรวจวัดความชื้น (Sensor Dry) หรือ Air Vented Auto Dry ในการอบผ้า

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ถังอบผ้าผลิตจากวัสดุสแตนเลส หรือ Gavanized Zinc Coated

๑.๓.๒ เป็นเครื่องแบบตั้งเดียว เปิดฝาหน้า

๑.๓.๓ ขนาดความจุ ในการอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ กิโลกรัม

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ผู้ขายรับประกันคุณภาพการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ

๓.๒ รับประกันมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

๓.๔ มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) ๑ ชุด

๔. วิธีการตรวจสอบ


๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก


๔.๓ ทดลองการใช้งาน


ลำดับ.....๑/๒๓


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.


๑. พ.อ.  ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ.  กรรมการ
(ศวยส เทรียอุณหณี)

๓. พ.อ.หญิง  กรรมการ
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ.หญิง  กรรมการ
(พนัชกร สงวนวงษ์)

๕. น.อ.หญิง  กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)

90 / 80 / 57