

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั้นรา

สายแพทย์

สำดับ ๑๐/๖๓

หมายเลขอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เก้าอี้ผู้มารับบริการ

หน่วยนับ

ตัว

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นเก้าอี้แบบ ขนาด ๕ ที่นั่ง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ โครงสร้างพนักพิงหลังและที่นั่ง ทำจากเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๑.๓ มิลลิเมตร พนักพิงหลังและที่นั่งขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร เป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเก้าอี้ในขั้นเดียวกัน ทำสี Powder Coating

๑.๒.๒ คานรับน้ำหนักเป็นคานเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ x ๘ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า

๑.๔ มม. พ่นทำสีตามมาตรฐานบริษัท

๑.๒.๓ โครงแขนห้ากาวสตูลเหล็กชุบโครเมียม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๑ มิลลิเมตร ตัดขึ้นรูป

๑.๒.๔ โครงขาทำจากวัสดุเหล็กชุบโครเมียม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๑ มิลลิเมตร รีดปลายแต่งขาเชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนาพับขึ้นรูปชุบโครเมียมสามารถหมุนปรับระดับได้ ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกชีดขึ้นรูปสีดำ รองปลายขาเพื่อกันรอยขีดข่วน

๑.๒.๕ สามารถรองรับน้ำหนักสำหรับ ๕ ที่นั่ง ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ x ๖๓๐ x ๓๙๐ x ๗๖๐ มิลลิเมตร (ความกว้าง x ความสูงรวม x ความสูงถึงเบาะ x ความสูงรวม)

๒. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน และต้องได้มาตราฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบ

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามเค็ตตาลล์อค

๔.๓ ทดสอบการใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ กพท.รร.ตท.สปท.

๑. พ.อ. หญิง ประธานกรรมการ
(ยุพร ทองจันทร์)

๒. น.อ. หญิง กรรมการ
(เพรวารัตน์ หลา梧ทอง)

๓. น.ท. หญิง กรรมการ
(อภิญชพร อภิพิชัยพงศ์)

๙๙/๗๙.๑๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)

๒. พ.อ. กรรมการ
(ศวยศ เหรี้ยวนุเมธี)

๓. พ.อ. หญิง กรรมการ
(วรภรณ์ สมศิริ)

๔. พ.อ. หญิง กรรมการ
(ยุพร ทองจันทร์)

๕. น.อ. หญิง กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท. หญิง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๖๖ / ๘๐ / ๑๖๔