

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวของ รร.ชท.สปท. ลำดับ ๑๖ /๖๓

สาย แพทย์

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่ล้างแผลสแตนเลส

หน่วยนับ ชุด

#### ๑. คุณลักษณะเฉพาะ

##### ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับล้างแผลผู้ป่วย

##### ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ โครงสร้าง ทำด้วยสแตนเลส

๑.๒.๒ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ โดยช่วงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว

๑.๒.๓ ด้านบนมีตะแกรงทำด้วยสแตนเลส ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๕๐ X ๘๐ เซนติเมตร

๑.๒.๔ กรอบนอกตะแกรงและซี่ตะแกรง เป็นพลาสติกสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ หุน และไม่น้อยกว่า ๑.๕ หุน ตามลำดับ

๑.๒.๕ ด้านล่างรองรับด้วยกรวยสแตนเลสรูปสี่เหลี่ยม พร้อมถังสแตนเลสรองรับของเสีย

##### ๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

มีขาและล้อ อย่างน้อย ๔ ขา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

#### ๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน

๓.๒ รับประกันคุณภาพ และ อะไหล่ อย่างน้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป

๓.๓ ผู้ผลิตได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานอาหารและยา

๓.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน


#### ๔. วิธีการตรวจสอบ


๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๒ รูปแบบตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ โดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ รร.ชท.สปท.

๑. น.อ.หญิง..........ร.น. ประธานกรรมการ  
(จาริมา จันทรอทัย)

๒. น.ท.หญิง..........กรรมการ  
(พรพิมต แก้วมะเรียง)

๓. น.ท.หญิง..........ร.น. กรรมการ  
(วราภรณ์ บุญเขียน)

๒๒ / พ.ค. / ๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. [Signature] ประธานกรรมการ  
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. [Signature] กรรมการ  
(ศวยศ เกรียงภูมิ)

๓. พ.อ.หญิง [Signature] กรรมการ  
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ.หญิง [Signature] ร.น.กรรมการ  
(จารีมา จันทร์อุทัย)

๕. น.อ.หญิง [Signature] กรรมการ/เลขานุการ  
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง [Signature] กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นพวรรณ ใจสะอาด)

[Signature] / [Signature] / [Signature]