



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๘๖ ๓๓๖๐, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๑๕๐๗

วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ฯ) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑๗/๖๓ เปลคนใช้

๒.๒.๒ ลำดับ ๒๐/๖๓ เครื่องดึงคอและหลัง

๒.๒.๓ ลำดับ ๒๑/๖๓ เครื่องให้การรักษาด้วยลำแสงเลเซอร์สำหรับงานกายภาพบำบัด

และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

### ๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

ก.ค.๖๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารมณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ลำดับ ๑๗/๖๓

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เปลคนไข้

หน่วยนับ เปล

**๑. คุณลักษณะเฉพาะ**

**๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน**

ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

**๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**

๑.๒.๑ รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

๑.๒.๒ สามารถพับม้วน เพื่อจัดเก็บได้

**๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

๑.๓.๑ เปลมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๑.๓.๒ โครงสร้างผลิตจาก สแตนเลส อะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมอัลลอยด์

๑.๓.๓ พื้นเปลปูด้วยผ้าไนลอน หรือผ้าใบเนื้อหนา

**๒. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

**๓. กำข้อกำหนดอื่นๆ**

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ซึ่งยังไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ


**๔. วิธีการตรวจสอบ**


๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๒ ตามรูปแบบแค็ตตาล็อก

๔.๓ โดยการทดลองใช้งาน


คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ กบก.สส.ทหาร


๑. น.อ.  ประธานกรรมการ  
(กรภัทร์ สวนอุดม)


๒. น.ท.  กรรมการ  
(ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล)


๓. ร.ท.  กรรมการ  
(ชูดิรัฐ ประทุมเวียง)  
๒๕ / ๕.๖. / ๖๓


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.


๑. พ.อ.  ประธานกรรมการ  
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ.  กรรมการ  
(ศายส เทรียภูมิ)

๓. พ.อ.หญิง  กรรมการ  
(วารารณ สมศิริ)

๔. น.อ.  กรรมการ  
(กรภัทร์ สวนอุดม)

๕. น.อ.หญิง  กรรมการ/เลขานุการ  
(จุชามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท.หญิง  กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
(นพวรรณ ใจสะอาด)  
๑๓ / ๓.๑. / ๖๓