



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๘๖ ๗๓๖๐, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๕๙๕

วันที่ ๑๑

มี.ค.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนด และใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนด และใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ทบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับที่ ๑/๖๓ เครื่องอบผ้าสำหรับคนใช้

๒.๒.๒ ลำดับที่ ๒/๖๓ เครื่องซักผ้าสำหรับคนใช้

๒.๒.๓ ลำดับที่ ๓/๖๓ โคมส่องตรวจโสด ศอ นาสิก (Headlamp)

๒.๓ การลงนามตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทสส. ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง อนุมัติในนามของ ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓ ข้อ ๘.๒.๒

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๓ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ทบ.ทหาร) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเศษฐ์ อารณพัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ทบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ทบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ทบ.ทหาร

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว.....สายแพทย์.....ลำดับ.....๓/๖๓.....
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....
ชื่อสิ่งอุปกรณ์.....โคมส่องตรวจโรค คอ นาสิก (Headlamp)
หน่วยนับ.....“ชุด”.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นชุดไฟส่องสวมศีรษะสำหรับแพทย์ ใช้ในการตรวจหู คอ จมูก

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ใช้หลอดไฟ LED กำลังไฟ ไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์

๑.๒.๒ อุณหภูมิความเข้มของแสงสี ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ เคลวิน

๑.๒.๓ ชุดชาร์จแบตเตอรี่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ โวลต์ สูงสุดไม่มากกว่า ๒๔๐ โวลต์

๑.๒.๔ ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ไม่มากกว่า ๕ ชั่วโมง

๑.๒.๕ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ เป็นแบบห่วงสวมศีรษะ สามารถปรับขนาดได้

๑.๓.๒ ขนาดและน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการ จะต้องเป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๑.๒ ผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ

๓.๓ คู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุง เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าจำนวน ๑ ชุด

๔. วิธีการตรวจสอบ







๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามรูปแบบแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองใช้งาน

ลำดับ.....๓/๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)
 ๒. พ.อ. กรรมการ
(ศวยส เจริญมณี)
 ๓. พ.อ.หญิง กรรมการ
(วารารณ์ สมศิริ)
 ๔. น.อ.หญิง กรรมการ
(พนัชกร สงวนวงษ์)
 ๕. น.อ.หญิง กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสือน้อย)
 ๖. น.ท.หญิง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)
- ๑๐ / ๖๓ / ๖๓