



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๔๖ ๗๓๖๐, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/๕๒

วันที่

๒๑

เม.ย.๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๖

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ฯ) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับที่ ๕/๖๓ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้า (Autoclave)

๒.๒.๒ ลำดับที่ ๖/๖๓ หัวกรอความเร็วต่ำสำหรับงานผ่าตัดทางทันตกรรม

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ด.

(พิเชษฐ์ อารมณ์พัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๒๑. เม.ย.๖๓

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว.....สายแพทย์.....ลำดับ.....๖/๖๓.....
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....
ชื่อสิ่งอุปกรณ์.....หัวกรอความเร็วต่ำสำหรับงานผ่าตัดทางทันตกรรม.....
หน่วยนับ.....ชุด.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นด้ามหัวกรอที่ใช้ในงานศัลยกรรมช่องปาก

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ เป็นด้าม Straight Handpiece สามารถต่อเข้ากับ Air Motor หรือ Micro Motor

๑.๒.๒ มีอัตราส่วนการทดความเร็วรอบ ๑:๑ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ รอบ/นาที

๑.๒.๓ สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องอบที่อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๕ องศาเซลเซียส

๑.๒.๔ สามารถถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในได้ หรือ มีระบบ Clean Head ในการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่านเข้าไปในหัวกรอ

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ สามารถใช้กับหัวเบอร์ก้านยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๓๕ มิลลิเมตร

๑.๓.๒ ขนาด และน้ำหนักตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่น

๓.๑ มีเอกสารคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๓.๒ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน และต้องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ

๓.๔ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

๔. วิธีการตรวจสอบ


๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๒ ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก


๔.๓ ทดลองการใช้งาน

ลำดับ...๖./๖๓

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ นทพ

๑. พ.อ..........ประธานกรรมการ
(ยรรยงค์ อิมสุวรรณ)

๒. พ.อ..........กรรมการ
(นัฐพล วิเชียรวรรณ)

๓. น.ท.หญิง..........กรรมการและเลขานุการ
(ภาคพุดทอ รัชภัฏแพทย์)

๖ / เม.ย. / ๖๓

ลำดับ.....๖./๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ.....ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ.....กรรมการ
(ศวยส เจริญมณี)

๓. พ.อ.หญิง.....กรรมการ
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. พ.อ.....กรรมการ
(ยรรยงค์ อัมสุวรรณ)

๕. น.อ.หญิง.....กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง.....กรรมการ/ผช.เลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๒๐/๗๖/๖๓