



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๖ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/กท๑๐

วันที่

๑๒ ก.พ.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง
๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
 ๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
 ๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ทบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑/๖๔ โต๊ะรองเท้าขึ้นเตียงคนไข้

๒.๒.๒ ลำดับ ๓/๖๔ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ซึ่งมอบหมายให้ จก.ทบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๖) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารมณ์พัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ทบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ทบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ทบ.ทหาร

๑๓ ก.พ.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว.....สายแพทย์.....ลำดับ.....๑/๖๔
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....-.....
ชื่อสิ่งอุปกรณ์.....โต๊ะรองเท้าขึ้นเตียงคนไข้.....
หน่วยนับ.....“ตัว”.....

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับก้าวขึ้น – ลง เตียง

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ วัสดุทำจากเหล็กฉากพ่นสีกันสนิม หรือดีกว่า

๑.๒.๒ ลักษณะของขาเป็นสี่เหลี่ยม มีจุกยางกันลื่น

๑.๒.๓ พื้นชั้นบันไดปูทับด้วยยางกันลื่น

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ขนาดแผ่นวางเท้าไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๓ เซนติเมตร x ยาว ๔๖ เซนติเมตร

๑.๓.๒ มีชั้นบันได ๒ ชั้น ความสูงระหว่างขั้นไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร หรือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ สนพ.ยบ.ทหาร (เว้น ทันตกรรม)

๑. พ.อ. พชพร พ. ประธานกรรมการ
(ต้นตัญญี นำเบญจพล)

๒. น.อ.หญิง วิภาณี จินตนาวงศ์ กรรมการ
(สำฤทธิ จินตนาวงศ์)

๓. ร.ท.หญิง วิภาณี อาริโรบ กรรมการ
(ธารทิพย์ อาริโรบ)

๔. ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ
(ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์)

๕. ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แซ่มอษา ผู้ช่วยเลขานุการ
(เสาวลักษณ์ แซ่มอษา)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. ศุภกิตติ ชัมพานนท์ ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. ศวยส เหยียญมณี กรรมการ
(ศวยส เหยียญมณี)

๓. พ.อ.หญิง วารารณ สมศิริ กรรมการ
(วารารณ สมศิริ)

๔. พ.อ. พชพร พ. กรรมการ
(ต้นตัญญี นำเบญจพล)

๕. น.อ.หญิง จุฑามาศ เสื่อน้อย กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท.หญิง นพวรรณ ใจสะอาด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)