



# ด่วนมาก

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหар (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๙๐๓๔)

ที่ กห.๐๓๗๕/ พ.๔๙

วันที่ ๐๙ พ.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๔๖ ลง ๗ ส.ค.๔๖

๓. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๔๒ ลง ๑๖ ต.ค.๔๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๔ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๑.๑.๑

๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ "ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขอุปกรณ์ฯ แล้ว จำนวน ๔ รายการ

๑.๒.๑ ลำดับ ๕/๖๔ เครื่องขุดหินน้ำลายด้วยไฟฟ้า

๑.๒.๒ ลำดับ ๖/๖๔ เครื่องปิดผนึกของใส่เครื่องมือด้วยความร้อน (Sealer)

๑.๒.๓ ลำดับ ๗/๖๔ หัวกรอความเร็วสำหรับขัด

๑.๒.๔ ลำดับ ๑๐/๖๔ เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงสำหรับใช้ภายนอกช่องปาก

๑.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

### ๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๑.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อภารณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

มี.ย.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว..... สายแพทช์ (หันตกรรรม) ..... ลำดับ ๑๐/๖๓  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ..... เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงสำหรับใช้ภายในออกซองปาก  
หน่วยนับ ..... เครื่อง

### ๑. คุณลักษณะเฉพาะ

#### ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้ดูดละอองฝอยภายในออกซองปากสำหรับงานหันตกรรรม

#### ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑.๒.๑ สามารถดูดละอองฝอย ละอองลอย หรืออากาศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มากับละอองน้ำลาย  
ด้วยอัตราการไหลของอากาศสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลิตรต่อนาที

๑.๒.๒ ระดับเสียงขณะเครื่องทำงานปกติ ไม่มากกว่า ๖๕ เดซิเบล

๑.๒.๓ มีกำลังดูดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตกำหนด

๑.๒.๔ มีระบบฆ่าเชื้อโรคและระบบกรองอากาศ ไม่น้อยกว่า ๓ ขั้นตอน

๑.๒.๔.๑ มี UV-C Germicide Irradiation

๑.๒.๔.๒ มี Activated carbon filter

๑.๒.๔.๓ มี HEPA filter ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบ

#### ๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน ๒๒๐ โวลต์

๑.๓.๒ มีน้ำหนัก ไม่มากกว่า ๔๕ กิโลกรัม

๑.๓.๓ มีล้อ ๔ ล้อ หมุนอิสระได้ ๓๖๐ องศา สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก

### ๒. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และต้องป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่งให้เรียบร้อย  
จากโรงงานผู้ผลิต

### ๓. ข้อกำหนดอื่น

๓.๑ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๓.๒ รับประทานซ้อมพร้อมอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓.๓ เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๔ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ


### ๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะ

๔.๒ ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ (ทันตกรรม) ของ สนพ.ยบ.ทหาร

๑. พ.อ. หญิง.....  เป็น ประธานกรรมการ

(ปรีชญา จรัสฤทธิ์)

๒. พ.อ. หญิง.....  เป็น กรรมการ


(พญ จันทนชาติ)

๓. พ.ท. หญิง.....  เป็น กรรมการ

(เรือนแก้ว เสตถายน)

๔. ร.ท. หญิง.....  เป็น กรรมการ/เลขานุการ

(สมคิด เชจาร์ไชย)

๕. ส.อ. หญิง.....  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

(กมลวรรณ พันธ์ภู)

..... / ..... / .....

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ..... ประธานกรรมการ

(ศุภกิตติ ชัยพาณิช)

๒. พ.อ..... กรรมการ

(ตันตนัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง..... กรรมการ

(วรรณี สมศิริ)

๔. พ.อ.หญิง..... กรรมการ

(ปรีชาญา จรัสมณฑรี)

๕. น.อ.หญิง..... กรรมการ/เลขานุการ

(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท.หญิง..... กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นพวรรณ ใจสะอาด)

๘๘/ พ.อ. / ๙๙