



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๓ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๑๓๗๖ วันที่ ๖๗ ก.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุมหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑๒/๖๔ เปลคนไข้

๒.๒.๒ ลำดับ ๑๕/๖๔ เครื่องชุดหินน้ำลายระบบเพียโซอิเล็กทริก

๒.๒.๓ ลำดับ ๑๖/๖๔ เครื่องฉายแสง

๒.๒.๔ ลำดับ ๑๗/๖๔ กระเป๋าไฟฟ้าคนไข้

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามอ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๓) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารณัพัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๖๗ ก.ย.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ลำดับ ๑๒/๖๔
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เปลคนไข้
หน่วยนับ เปล

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

เป็นเปลที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วย/เจ็บ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม

๑.๒.๒ สามารถพับม้วน เพื่อจัดเก็บได้

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ เปลมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๑.๓.๒ โครงสร้างผลิตจาก สแตนเลส หรืออะลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม

๑.๓.๓ พื้นเปลปูด้วยผ้าไนลอน หรือผ้าใบเนื้อหนา เหนียว แข็งแรง ไม่ขาดง่าย

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ซึ่งยังไม่เคยใช้งานหรือสาริตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามรูปแบบแค็ตตาล็อก

๔.๓ โดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ กบก.สส.ทหาร

๑. น.อ. [Signature] ประธานกรรมการ
(กรภัทร์ สวนอุดม)

๒. น.ท. [Signature] กรรมการ
(ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล)

๓. ร.ท. [Signature] กรรมการ
(จิตรีฐ์ ประทุมเวียง)

๑๓ / ก.พ. / ๕๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. [Signature] ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. [Signature] กรรมการ
(ต้นต๋นัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง [Signature] กรรมการ
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ. [Signature] กรรมการ
(กรภัทร์ สวนอุดม)

๕. น.อ.หญิง [Signature] กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง [Signature] กรรมการ/ผ.เลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๒๓ / ก.พ. / ๕๕