



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๗ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๑๓๗๖ วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓  
๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖  
๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.  
จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ  
สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด  
ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. รายละเอียด  
ตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุมหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว  
จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑๒/๖๔ เปลคนใช้

๒.๒.๒ ลำดับ ๑๕/๖๔ เครื่องชุดหินน้ำลายระบบเพียโซอิเล็กทริก

๒.๒.๓ ลำดับ ๑๖/๖๔ เครื่องฉายแสง

๒.๒.๔ ลำดับ ๑๗/๖๔ กระเป๋าไฟฟ้าคนใช้

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ  
หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามอ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.  
จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๗) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.  
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารมณ์พัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๒๗.๙.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ..... ลำดับ ๑๕/๖๔  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ .....  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ..... เครื่องชุดหินน้ำลายระบบเพียโซอิเล็กทริก  
หน่วยนับ ..... เครื่อง

**๑. คุณลักษณะเฉพาะ**

**๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน**

เป็นเครื่องชุดหินน้ำลายอัลตราโซนิก ในระบบ Piezo-electric ซึ่งเป็นระบบที่การสั่นเกิดจากการขยายและหดตัวอย่างรวดเร็วของผลึกแก้ว จากการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ทำให้หินน้ำลายถูกแกะทาะด้วยการกวาดไปมาจากหัวชุดหินน้ำลาย

**๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**

๑.๒.๑ มีปุ่มปรับความแรง พร้อมตัวเลขบอกระดับความแรง

๑.๒.๒ Hand piece สามารถทำให้ปราศจากโรค โดย Autoclave

**๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

อุปกรณ์ ประกอบเครื่อง ดังนี้

๑.๓.๑ หัวชุด (Hand piece)

อย่างน้อย ๑ หัว

๑.๓.๒ ประแจขันหัวชุด

อย่างน้อย ๑ อัน

**๒. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

**๓. ข้อกำหนดอื่นๆ**

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ซึ่งยังไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ


**๔. วิธีการตรวจสอบ**


๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๒ ตามรูปแบบแค็ตตาล็อก

๔.๓ โดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ กบก.สส.ทหาร


๑. น.อ.  ประธานกรรมการ  
(กรภัทร์ สนวนอุดม)


๒. น.ท.  กรรมการ  
(ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล)


๓. ร.ท.  กรรมการ  
(จิตรีฐ์ ประทุมเวียง)


๑๓ / ก.พ. / ๖๔


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.


๑. พ.อ.  ประธานกรรมการ  
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ.  กรรมการ  
(ตันตัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง  กรรมการ  
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ.  กรรมการ  
(กรภัทร์ สนวนอุดม)

๕. น.อ.หญิง  กรรมการ/เลขานุการ  
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท.หญิง  กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๒๓ / ก.พ. / ๖๔