



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๗ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๓๓๗๖ วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.
จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้วจำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑๒/๖๔ เปลคนใช้

๒.๒.๒ ลำดับ ๑๕/๖๔ เครื่องชุดหินน้ำลายระบบเพียโซอิเล็กทริก

๒.๒.๓ ลำดับ ๑๖/๖๔ เครื่องฉายแสง

๒.๒.๔ ลำดับ ๑๗/๖๔ กระเป๋าไฟฟ้าคนใช้

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามอ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๗) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารมณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๒๗ ก.ย.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์

ลำดับ ๑๗/๖๔

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระเป๋าไฟฟ้าคนไข้

หน่วยนับ ใบ

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

แผ่นให้ความร้อน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราว

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ปรับอุณหภูมิความร้อนได้อย่างน้อย ๓ ระดับ

๑.๒.๒ เพื่อความปลอดภัย เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ หลังจากเริ่มใช้งานได้ประมาณ ๙๐ นาที

๑.๒.๓ สามารถถอดแผ่นคลุม เพื่อซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ผลิตจากขนแกะไมโครไฟเบอร์ (Micro-fiber fleece)

๑.๓.๒ แผ่นให้ความร้อน มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ซึ่งยังไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามรูปแบบแค็ตตาล็อก

๔.๓ โดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ กบก.สส.ทหาร

๑. น.อ. [Signature] ประธานกรรมการ
(กรภัทร์ สวนอุดม)

๒. น.ท. [Signature] กรรมการ
(ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล)

๓. ร.ท. [Signature] กรรมการ
(ฐิติรัฐ ประทุมเวียง)

๑๓ / ก.ค. / ๕๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. [Signature] ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. [Signature] กรรมการ
(ต้นต๋นัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง [Signature] กรรมการ
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ. [Signature] กรรมการ
(กรภัทร์ สวนอุดม)

๕. น.อ.หญิง [Signature] กรรมการ/เลขานุการ
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง [Signature] กรรมการ/ผช.เลขานุการ
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๑๓ / ก.ค. / ๕๕