



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ที่ กท ๐๓๑๕/๖๗๗

ส่วนราชการ ยบ.ทท (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทท ๕๔๕๖๐๓๔)
ที่ กท ๐๓๑๕/๖๗๗ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๙/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๔/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ

๑. ยบ.ทท ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ยบ.ทท (โดย สนพ.ยบ.ทท) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. รายละเอียด ตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณภาพ เดชคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๒ รายการ

๑.๒.๑ ลำดับ ๒๕/๖๔ เครื่องเลเซอร์ชั้นนิต Picosecond

๑.๒.๒ ลำดับ ๒๖/๖๔ เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก

๑.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทท มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่ อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๑.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทท (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทท ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

นาย สมชาย

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทท

มิ.ย.๖๔

(พิเชษฐ์ อภรณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทท ทำการแทน

จก.ยบ.ทท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั้นราด.....สายแพทย์ ลำดับ ๒๙/๒๔
 หมายเลขอุปกรณ์ -
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
 หน่วยนับ “เครื่อง”

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับรักษาอาการปวดต่างๆ ในระบบ กระดูก กล้ามเนื้อ (Musculoskeletal System) และ อาการเจ็บปวดจากเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็ก

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ มีหัวยิงพร้อมใช้งาน ๑ หรือ ๒ Channel

๑.๒.๒ มีโหมดการปฏิบัติงานมีการตั้งค่าล่วงหน้าตามโรคต่างๆ (Auto Mode) และ โหมดการรักษาที่ผู้ใช้กำหนดเอง (Manual Mode)

๑.๒.๓ มีกำลังของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า ๓ เทสلا

๑.๒.๔ สามารถปรับระดับพลังงาน (Intensity) ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่น้อยกว่า ๑ ถึง ๖ บาร์

๑.๒.๕ สามารถปรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ถึง ๑๐๐ เฮิรตซ์

๑.๒.๖ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้ไม่น้อยกว่า ๑ ถึง ๖๐ นาที

๑.๒.๗ หน้าจอมีสัญลักษณ์แสดงอุณหภูมิความร้อนของ Transducer ขณะใช้งาน

๑.๒.๘ มีปุ่มฉุกเฉินใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน

๑.๒.๙ ใช้ระบบทำความเย็นแบบ Cooling Oil

๑.๒.๑๐ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ ๒๒๐ ถึง ๒๓๐ โวลต์ ๕๐ ถึง ๖๐ เฮิรตซ์

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ตัวเครื่องมีขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๒ มีหน้าจอแสดงค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา

๑.๓.๓ ตัวเครื่องอยู่บนฐานล้อ ๔ ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้ายและสามารถล็อกล้อให้หยุดนิ่งได้

๑.๓.๔ มีกุญแจสำหรับ เปิด ปิด เครื่อง

๑.๓.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๑.๓.๕.๑ สายไฟ	จำนวน ๑ เส้น
---------------	--------------

๑.๓.๕.๒ Transducer Arm	จำนวน ๑ ชุด
------------------------	-------------

๑.๓.๕.๓ Transducer ติดกับตัวเครื่อง	จำนวน ๒ หัว
-------------------------------------	-------------

๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/๓. ข้อกำหนด...

ลำดับ ๑๖/๒๔

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๓.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๓.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๒ ปี นับตั้งจากวันส่งมอบเครื่อง
- ๓.๓ มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ เล่ม
- ๓.๔ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากโรงงานผู้ผลิต

๔. วิธีการตรวจสอบ

- ๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ
- ๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก
- ๔.๓ ทดลองการใช้งาน


คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ สนพ.ยบ.ทหาร (เว้น ทันตกรรม)

๑. น.อ.  ร.น. ประธานกรรมการ
(รุ่งโรจน์ คันธกุลคุณ卉)

๒. พ.อ.  กรรมการ
(สรพสิทธิ์ สุดกังวาล)

๓. ร.ท. หญิง  กรรมการ
(ธารทิพย์ อารีรอบ)

๔. ร.ท.  กรรมการ/เลขานุการ
(ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์)


๕. จ.ส.ต. หญิง  ผู้ช่วยเลขานุการ
(สาวลักษณ์ แซ่หมูชา)
๙ / ๙ / ๙

ลำดับ.....๒๖/๒๙


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ.  ประธานกรรมการ


(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)

๒. พ.อ.  กรรมการ


(ตันตนัย นำเบญจพล)

๓. พ.อ. ทปฏิ กรรมการ

(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ.  กรรมการ

(รุ่งโรจน์ คันธกุลดุษฎี)

๕. น.อ. ทปฏิ กรรมการ/เลขานุการ

(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท. ทปฏิ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นพวรรณ ใจสะอาด)

๙๙ / ๘๖ / ๙๕