



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

10/11/2564

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.๓ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/ ๗๘๘

วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
- ๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
- ๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้วจำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ลำดับ ๒๗/๖๔ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบสแกนใบหน้า พร้อมขาตั้ง

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๑ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๓) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารณพัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

มิ.ย.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว..... สายแพทย์..... ลำดับ ๒๗/๖๔  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์..... เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบสแกนใบหน้า พร้อมขาตั้ง  
หน่วยนับ..... เครื่อง.....

### คุณลักษณะเฉพาะ

#### ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย

#### ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ สามารถวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัส หรือวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด และวัดอุณหภูมิจากการสแกนใบหน้าได้

๑.๒.๒ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วงระหว่าง ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๔๕ องศาเซลเซียส พร้อมมีเสียงพูดบอกสถานะการตรวจสอบ

๑.๒.๓ สามารถบันทึกการลงทะเบียนแบบจดจำใบหน้าได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ใบหน้า

๑.๒.๔ มีระยะเวลาการตรวจจับอุณหภูมิ ไม่เกิน ๑ เมตร

๑.๒.๕ มีระบบตรวจสอบพร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบใบหน้าที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย และสามารถ เปิดและปิด ระบบนี้ได้

๑.๒.๖ มีช่องเชื่อมต่อจากเครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๑.๒.๗ มีเสียงพูดและแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า ๒ ภาษา

๑.๒.๘ ผลการวัดอุณหภูมิร่างกายสามารถบันทึกได้ภายในหน่วยความจำตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ครั้ง และสามารถ เปิดและปิด การบันทึกได้

#### ๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ตัวเครื่องมีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๑.๓.๒ ตัวเครื่องมีขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๓.๓ มีกล่องวัดอุณหภูมิ และตรวจจับใบหน้าแยกอิสระ

๑.๓.๔ ขาตั้งเครื่องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### ๒. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### ๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน และต้องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ


- ๓.๓ มีเอกสารคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๓.๔ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ


**๔. วิธีการตรวจสอบ**


- ๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ
- ๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก
- ๔.๓ ทดลองการใช้งาน


คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ สนพ.ยบ.ทหาร (เว้น ทันตกรรม)

๑. น.อ.  ร.น. ประธานกรรมการ  
(รุ่งโรจน์ คันธกุลดุษฎี)

๒. พ.อ.  กรรมการ  
(สรรพสิทธิ์ สุดกังวล)

๓. ร.ท.หญิง  กรรมการ  
(ธารทิพย์ อารีรอบ)

๔. ร.ท.  กรรมการ/เลขานุการ  
(ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์)

๕. จ.ส.ต.หญิง  ผู้ช่วยเลขานุการ  
(เสาวลักษณ์ แซ่มอุษา)

๑๑ / มี.ย. / ๖๔

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. FR ประธานกรรมการ  
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. หม่อม พ. กรรมการ  
(ต้นตัญญู นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง อนันต์ สมศิริ กรรมการ  
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. น.อ. รุ่งโรจน์ รม.กรรมการ  
(รุ่งโรจน์ คันธกุลดุขมิ)

๕. น.อ.หญิง อุษณีย์ กรรมการ/เลขานุการ  
(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

๖. น.ท.หญิง นพวรรณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นพวรรณ ใจสะอาด)

๑๘ / ๑๖ / ๖๔