



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๘๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๕/๓๐๑๐

วันที่

๙ ก.พ.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.

เรียน ผบ.ทสส.

- อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖
๓. คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทท. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคুমหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๑/๖๔ โตะรองเท้าขึ้นเตียงคนไข้

๒.๒.๒ ลำดับ ๓/๖๔ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารณพัฒน์พงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

๙ ก.พ.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว..... สายแพทย์..... ลำดับ..... ๓/๖๔

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์..... -.....

ชื่อสิ่งอุปกรณ์..... ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์.....

หน่วยนับ..... ตู้.....

## ๑. คุณลักษณะเฉพาะ

### ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บยา เวชภัณฑ์ และสำหรับทำน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

### ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ มีระบบทำความเย็น

๑.๒.๒ มีระบบกระจายความเย็น

๑.๒.๓ มีระบบละลายน้ำแข็ง

๑.๒.๔ มีระบบกำจัดกลิ่น

๑.๒.๕ สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์

๑.๒.๖ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

### ๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๑ คิวบิกฟุต

๑.๓.๒ ขนาดภายนอก กว้าง x สูง x ลึก (W x H x D) ไม่น้อยกว่า ๕๙ เซนติเมตร x ๑๗๑ เซนติเมตร x ๖๒ เซนติเมตร

๑.๓.๓ จำนวนชั้นวางของในตู้ มีไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น

๑.๓.๔ ปริมาณความจุช่องแช่แข็ง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๑.๓.๕ ปริมาณความจุช่องแช่เย็น ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลิตร

## ๒. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒ ผู้ขายรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่รับมอบของครบเป็นต้นไป

๓.๓ ผู้ขายรับประกัน COMPRESSOR ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓.๔ มีคู่มือการใช้งาน

## ๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ สนพ.ยบ.ทหาร (เว้น ทันตกรรม)

๑. พ.อ. สันทน น. ประธานกรรมการ  
(ต้นตัญญี นำเบญจพล)

๒. น.อ.หญิง จันทนา จันทนา กรรมการ  
(สำฤทธิ จินตนาวงศ์)

๓. ร.ท.หญิง อารัตน์ อารัตน์ กรรมการ  
(ธารทิพย์ อารีรอบ)

๔. ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ  
(ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์)

๕. ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แซ่มอซา ผู้ช่วยเลขานุการ  
(เสาวลักษณ์ แซ่มอซา)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ. ศุภกิตติ ชัมพานนท์ ประธานกรรมการ  
(ศุภกิตติ ชัมพานนท์)

๒. พ.อ. ศวยส เจริญมณี กรรมการ  
(ศวยส เจริญมณี)

๓. พ.อ.หญิง วราภรณ์ สมศิริ กรรมการ  
(วราภรณ์ สมศิริ)

๔. พ.อ. สันทน น. กรรมการ  
(ต้นตัญญี นำเบญจพล)

๕. น.อ.หญิง จุฑามาศ เสือน้อย กรรมการ/เลขานุการ  
(จุฑามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง นพวรรณ ใจสะอาด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นพวรรณ ใจสะอาด)