



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๙๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๕๕๖๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๐๔/๑๗๔ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๔/๕๒ ลง ๑๖ ต.ค.๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๒ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๘.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. รายละเอียด ตามอ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขอุปกรณ์ แล้ว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๒.๒.๑ ลำดับ ๒๙/๖๔ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

๒.๒.๒ ลำดับ ๓๐/๖๔ เครื่องจ่ายยา Klokkie มือชนิดน้ำอัตโนมัติ

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อภรณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทสส.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

ส.ค.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว..... สายแพทย์..... ลำดับ ๓๐/๖๔
 หมายเลขอุปกรณ์.....
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำอัตโนมัติ
 หน่วยนับ เครื่อง

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับจ่ายแอลกอฮอล์แบบน้ำ เพื่อทำความสะอาดมือ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ สามารถบรรจุแอลกอฮอล์แบบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร

๑.๒.๒ มีเซนเซอร์ตรวจจับมือ สำหรับจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือได้อย่างอัตโนมัติ

๑.๒.๓ สามารถใช้แบบเตอร์ หรืออడิปเตอร์

๑.๒.๔ มีความละเอียดในการจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือแบบน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิลิตรต่อรอบ

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ สามารถติดตั้งกับผนังได้

๑.๓.๒ ตัวเครื่องทำต้องทำมาจากวัสดุพลาสติก ABS

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐาน

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานหรือผ่านการซาร์มก่อน และต้องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำอัตโนมัติ ที่จัดหาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศผู้ผลิต และมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ มีอุปกรณ์ประกอบชุดครบถ้วน ตามมาตรฐานที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนด โดยไม่ตัดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นี้

๓.๔ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม

๓.๕ รับประกันความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะ และข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๒ ตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ตรวจสอบโดยวิธีการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ ศปร.

๑. พ.อ.

ประธานกรรมการ

(ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว)

๒. น.ท.หญิง

กรรมการ

(อาริยา พรอมแก้ว)

๓. ร.ท.หญิง

กรรมการ/เลขานุการ

(พรณพนัช จิตตินรเศรษฐ์)

๔. ส.อ.หญิง

ผู้ช่วยเลขานุการ

(อังสนา ส่านสม)

๖๐

/ ๑.๗. /

๖๘

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของ บก.ทท.

๑. พ.อ.

ประธานกรรมการ

(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)

๒. พ.อ.

กรรมการ

(ตันตนาย นำเบญจพล)

๓. พ.อ.หญิง

กรรมการ

(วรารณ์ สมศิริ)

๔. พ.อ.

กรรมการ (ประธานคณกฯ หน่วยจัดทำ)

(ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว)

๕. น.อ.หญิง

กรรมการ/เลขานุการ

(อุษามาศ เสือน้อย)

๖. น.ท.หญิง

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(พรณพน ใจสะอาด)

๖๐ / ๑.๗. / ๖๘