



# ด่วนมาก

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยบ.ทหาร (สนพ.ฯ โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๖๑๐๖, โทร.ทหาร ๕๕๕๑๐๓๔)

ที่ กท ๐๓๖๕/๙๖ วันที่ ๙ ก.ค.๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห.

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๕๔๒/๕๖ ลง ๗ ส.ค.๕๖

๓. คำสั่ง บก.ทห. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๘/๕๖ ลง ๑๖ ต.ค.๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑๐ รายการ

๑. ยบ.ทหาร ขออนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ยบ.ทหาร (โดย สนพ.ยบ.ทหาร) เป็นหน่วยสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รับผิดชอบต่อ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามระเบียบ บก.ทห. ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๙.๑.๕

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ บก.ทห. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๒ ได้ตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทั้งลงลำดับคุณหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว จำนวน ๑๐ รายการ

๒.๒.๑ ลำดับ ๑/๖๔ เครื่องออกเรย์กระดูกใบหน้าและขากรรไกร ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์

๒.๒.๒ ลำดับ ๒/๖๔ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด (สแกนหน้าผาก พร้อมขาตั้ง)

๒.๒.๓ ลำดับ ๓/๖๔ ชุดรับสัญญาณภาพรังสีระบบดิจิตอลและเครือข่าย

๒.๒.๔ ลำดับ ๔/๖๔ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง

๒.๒.๕ ลำดับ ๕/๖๔ รถเข็นชนิดนอน

๒.๒.๖ ลำดับ ๖/๖๔ เครื่องวัดความอิ่มตัวของօอกซิเจนในกระแสโลหิต ทางผิวหนัง (Pulse Oxymetry) แบบพกพา

๒.๒.๗ ลำดับ ๗/๖๔ เครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย (Body Composition Analyzer)

๒.๒.๘ ลำดับ ๘/๖๔ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

๒.๒.๙ ลำดับ ๙/๖๔ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร

๒.๒.๑๐ ลำดับ ๑๐/๖๔ กระเพาพยาบาลรวม

๒.๓ การอนุมัติตามเงื่อนไขอยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบหมายให้ จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจ หน้าที่สั่งการหรือทำการแทน ผบ.ทสส. ตามคำสั่งฯ ที่อ้างถึง ๓

### ๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทห. จำนวน ๑๐ รายการ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ให้ ยบ.ทหาร (สนพ.๗) ส่งคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย พ. ของ บก.ทท.  
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หน่วยใช้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการจัดหา และส่งให้ กบ.ทหาร ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.

(พิเชษฐ์ อารณ์พัฒนพงศ์)

ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร ทำการแทน

จก.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๓

รับคำสั่ง ผบ.ทท.

พล.ท.

จก.ยบ.ทหาร

ก.ค.๖๔

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ..... ลำดับ ๘/๑๔  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ..... -  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ..... เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟราเรด (สแกนหน้าผาก พร้อมขาตั้ง)  
หน่วยนับ ..... ชุด

### ๑. คุณลักษณะเฉพาะ

#### ๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย

#### ๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ ใช้ระบบเซนเซอร์วัดระยะด้วยอินฟราเรด

๑.๒.๒ สามารถวัดอุณหภูมิระยะใกล้แบบอัตโนมัติได้สูงสุดไม่น้อยกว่าระยะ ๕ เซนติเมตร

๑.๒.๓ สามารถวัดผลลัพธ์แม่นยำและรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่นานกว่า ๑ วินาที ต่อ การวัดอุณหภูมิ ๑ คน

๑.๒.๔ ความจุในการนับตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๒.๕ มีสัญญาณเตือนเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าที่ตั้งไว้หรือผิดปกติ

๑.๒.๖ ใช้ได้กับแบบเทอรี่ หรือสายชาร์จแบบ USB

#### ๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๓.๑ ขนาดไม่นานกว่า ๑๗๐ x ๑๙๕ x ๑๔๐ มิลลิเมตร และน้ำหนักไม่นานกว่า ๓๕๐ กรัม

๑.๓.๒ เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ ซึ่งเป็นหน้าจอดิจิตอล

๑.๓.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีดังนี้

๑.๓.๓.๑ ขาตั้ง

๑.๓.๓.๒ Adapter

๑.๓.๓.๓ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

### ๒. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

### ๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ อุปกรณ์ทุกรายการต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ

๓.๓ รายละเอียด nok เนื้อจากที่กำหนด ให้เป็นตามความต้องการของทางราชการ

๓.๔ มีเอกสารคู่มือการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ

### ๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก

๔.๓ ทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายแพทย์ ของ รร.ตท.สปท.

พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ  
(ยุพร ทองจันทร์)

น.อ.หญิง  กรรมการ  
(แพรวรัตน์ หลา梧ทอง)

น.ท.หญิง  ร.น. กรรมการ  
(อภิญญา พิชัยพงศ์)

๖๖ ม.ย. ๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายไฟฟ้า ของ บก.ทท.

พ.อ.

ประธานกรรมการ

(ศุภกิตติ ขัมพานนท์)

พ.อ.

กรรมการ

(ตันต้นย นำเบญจพล)

พ.อ.หญิง

กรรมการ

(รากรณ์ สมศิริ)

พ.อ.หญิง

กรรมการ

(ยุพร ทองจันทร์)

น.อ.หญิง

กรรมการ/เลขานุการ

(จุฑามาศ เสื่อน้อย)

น.ท.หญิง

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นพวรรณ ใจสะอาด)